



Bauartprüfzertifikat Nr. CH-MI005-10002-00

Type examination certificate

Auftraggeber:
Applicant:

Brunimat GmbH
Sonnental 11
CH-9313 Muolen

Anforderungen:
Requirements:

Schweizerische Messmittelverordnung (SR 941.210)
vom 15. Februar 2006, Anhang 2 Modul B;
*Swiss ordinance on measuring instruments (SR 941.210) of
February 15, 2006 annex 2 module B;*

Richtlinie 2004/22/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 31. März 2004 über Messgeräte
(MID), Anhang B, Messgerätekategorie MI-005
*Directive 2004/22/EG of the European Parliament and Council
of March 31, 2004 on measuring instruments (MID)*

Konformitätsnormen:
OIML R 117-1: Edition 2007
conformity of superseded standard:
OIML R 117-1: Edition 2007

Geräteart:
Type of instrument:

**Messanlage für Milch im Selbstbedienungs- oder
Freiverkaufsmodus**

Typenbezeichnung:
Type designation:

**KS 650 Premium
KS 650 Premium Duo
KS 1300 Premium Duo**

Genauigkeitsklasse(n):
Accuracy class(es):

0.5

Kenndaten:
Characteristics:

Umgebungsklasse M1, E1, H2, T = -15 °C ... 40 °C

Zertifikat gültig bis:
Certificate valid until:

12. September 2020

CH-3003 Bern-Wabern, 13. September 2010

Benannte Stelle:
Notified body:

Zertifizierungsstelle METAS-Cert
Nr. 1259

Für die Prüfung:
For the test:


Dr. Hugo Bissig, Laborleiter


i.v. Jürg Ramseyer, Leiter METAS-Cert